



BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@bresciansrl.it - Sito internet www.bresciansrl.it

Catalogo prodotti

SONDA COMBINATA ILLUMINAMENTO E IRRADIAMENTO UVA N

SONDA COMBINATA ILLUMINAMENTO E IRRADIAMENTO UVA Normativa UNI 10829

SONDA COMBINATA ILLUMINAMENTO E IRRADIAMENTO UVA Normativa UNI 10829 Campo di misura:
0,01...199,9x103 lux Risoluzione 0,01-0,01x103 Campo spettrale in accordo curva fotopica standard
V(landa) Campo di misura ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 0,01-0,01x103 Campo spettrale 315..400nm (picco 360nm)

ultima modifica: 3-/-0/2016

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	COD. CONF
71626	SONDA COMBINATA ILLUMINAMENTO E IRRADIAMENTO UVA Normativa UNI 10829		P-A